

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 60017603

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
-SO- 28101161 001

Ausstellungsdatum
12.03.2007

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Revalco S.r.l.
Via Giorgio Stephenson 90
20157 Milano MI
Italia

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Revalco S.r.l.
Via Giorgio Stephenson 90
20157 Milano MI
Italia

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 61010-1:2001



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Spannungsprüfer (Analogue voltmeters) [®]

Bezeichnung (Description):

Model: ERI 72600V D 8
Eingangsspannung (Input Voltage):
AC 600 V; max 600 V CAT III to earth

Model: ERC 72400V D 2
Eingangsspannung (Input Voltage):
DC 400 V; max 300 V CAT III to earth

10

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle



TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Dipl.-Ing. S. Klinkert